Chaise à bascule [CB-2413]
Installation et d'ajustement

Feuillet IKEA tilt-3, septembre 2015

ÉTAPE #1

Positionnez le pont de transfert à cheval sur le bord du bain.

ÉTAPE #2

Ajustez le pont à la même hauteur que la chaise (voir étape#3)
Bloquez les roulettes de la chaise



ÉTAPE #3

Ajustez la hauteur des 4 pattes individuellement pour que le pont soit parfaitement au niveau horizontal.
Ajustez la barre de fixation sur le bord du bain.







ÉTAPE #4

Pour glisser la chaise sur le pont, actionnez le levier (A), basculez la chaise vers l'arrière, actionnez le loquet de déblocage (B) et glissez lentement la chaise en position.





Les ajustements de la chaise peuvent être fait par les techniciens spécialisés de **Mécano Médic**. Des vidéos montrant comment faire les ajustements sont disponibles sur **MECANOMEDIC.COM.** Si vous avez des questions, contactez-nous au **450-504-9961**